

Số: /TTYT-DTTB-VTYT
V/v cung cấp yêu cầu bản báo giá
chỉ định rút gọn.

Cao Lộc, ngày 20 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Quý công ty

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị;

Căn cứ Thông tư 14/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ công văn số 1616/SYT-KHTC ngày 11/7/2022 của Sở Y tế Lạng Sơn về việc triển khai Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh;

Phạm vi cung cấp (theo yêu cầu báo giá chào hàng trong trường chỉ định thầu:

+ Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật Nhà thầu chào các danh mục, số lượng hàng hóa được nêu trong danh mục phạm vi cung cấp này và các tài liệu chứng minh nguồn gốc hàng hóa rõ ràng.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

+ Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2023.

+ Loại hợp đồng: trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng Fax. Chậm nhất lúc 14h ngày 27/11/2023.

Địa chỉ bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc.

Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 0983.025.438

Nơi nhận báo giá đề xuất: Khoa dược-TTB-VTTYT, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053 862.995

Email: Dclsytecaoloc@gmail.com

Vậy trân trọng kính mời các công ty nộp báo đến địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Website đơn vị;
- Lãnh đạo TTTYT;
- Phòng TCKT, KHNV;
- Lưu: HSĐT, VT.

GIÁM ĐỐC

Chu Đình Quế

PHỤ LỤC

(kèm theo Công văn số / TTYT-DTTB-VTYT, ngày 20/11/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc)

HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ

TT	Tên Hàng Hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Định nhóm máu ABO	Bộ 3 lọ x 10ml	Bộ	03		
2	Bộ nhuộm Gram	được sử dụng để nhuộm vi sinh vật từ mẫu nuôi cấy hoặc mẫu bệnh phẩm theo phương pháp nhuộm Gram	Bộ	02		
3	Test Ma túy 5 chân	Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + MDMA: 500 ng/ml + Ketamine: 1000 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%	Test	450		
4	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B	Xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương	Test	510		
5	Test nhanh chẩn đoán viêm gan C	Xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần	Test	300		
6	Cốc đờm đựng mẫu	Chất liệu: nhựa	Cái	1.360		
7	Ống Heparin	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định .	Ống	2.400		

8	Test thử đường huyết	Công nghệ: Cảm biến sinh học (biosensor) Men que thử: GOD Khoảng đo: 1.1-33.3 mmol/L (20-600mg/dL) Loại mẫu phẩm: Máu mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánh tay) Đối tượng sử dụng (HCT) 30-55% Lượng mẫu máu: 1.0μL Đơn vị đo: mmol/L(hoặc mg/dL) Điều kiện làm việc: +15~30°C Điều kiện bảo quản: +2~30°C	Test	2.000		
9	Kim tiểu đường	Sử dụng lấy máu mao mạch.	Cái	2.500		
10	Kim chích máu	Nơi lấy mẫu máu phù hợp: Máu mao mạch (đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánh tay) Lượng mẫu máu lấy phù hợp: 1.0μL Điều kiện bảo quản: +2~30°C	Cái	1.500		
11	Test Morphine	Mẫu phẩm: Nước tiểu - Phát hiện OPI/Morphine -Độ nhạy tương quan 100 %, Độ đặc hiệu tương quan 100 % - Ngưỡng phát hiện: 300 ng/mL	Test	200		
Tổng cộng 11 khoản						