

Số: 53 /TM-TTYT
V/v cung cấp báo giá linh kiện sử dụng
cho máy mổ mắt Phaco CV-9000R

Cao Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc đang chuẩn bị thực hiện mua Tay cầm phẫu thuật Phaco để sử dụng cho máy mổ mắt Phaco CV-9000R. Code: 18241-1600. Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc kính mời các đơn vị có đủ năng lực thực hiện cung cấp linh kiện gửi bản báo giá để đơn vị tham khảo xây dựng dự toán và kế hoạch mua sắm.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Cao Lộc. Địa chỉ Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Lương Thị Trang, Phó trưởng khoa Dược-TTB-VTTYT.
Điện thoại: 02053.861.862 -0857.457.909
Email: dclsyttecaoloc@gmail.com
- Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử (Email: dclsyttecaoloc@gmail.com) hoặc bằng Fax. (Gửi kèm mẫu phụ lục báo giá).
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28 tháng 06 năm 2024 đến hết ngày 9 tháng 07 năm 2024.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 9 tháng 07 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục đề nghị báo giá: (Chi tiết tại yêu cầu báo giá kèm theo).
- Địa điểm vận chuyển, cung cấp: Trung tâm y tế huyện Cao Lộc; Địa chỉ Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Yêu cầu về bảo quản: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Thời gian dự kiến giao hàng: Khi nhận được dự trù của bên mua.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng, hình thức thanh toán: chuyển khoản.
- Các thông tin khác (nếu có).

Trân trọng kính mời các quý công ty./.

Nơi nhận:

- Website đơn vị;
- Ban lãnh đạo;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Văn Lương

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

(Kèm theo thư mời chào giá số 53/TM-TTYT ngày 28/6/2024 của Trung tâm Y tế Cao Lộc)

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật, các tính năng liên quan	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tay cầm phẫu thuật Phaco	- Tần số - Frequency: 40kHz - Tần số điều chỉnh - Frequency tuning: tự động - Năng lượng phát - Out put: 100% ở trạng thái cực đại - Năng lượng phát xung - Output setting: 0 đến 100% (mỗi bước tăng là 1%) - Điều khiển tuyến tính - Linear control: khi mục “Linear” được chọn thì khả năng tuyến tính của năng lượng Phaco đầu ra phụ thuộc vào vị trí của bàn đạp. - Xung - Pulse: liên tục (1-20 pps) và (20-90 pps), mỗi bước tăng 5 pps - Biên độ dịch chuyển Phaco tip - Amplitude of oscillation: 0 đến 10 μm - Công suất - Duty: 10 đến 90 % - Thời gian năng lượng Phaco phát - Incremental control ON time: 5 đến 10 ms ($\pm$ 10ms)	Cái	01
Tổng: 01 khoản				

Phụ lục: BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA

Kính gửi:

Tên đơn vị báo giá:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:Fax , Email.....

Sau khi nghiên cứu kỹ nhu cầu của Bệnh viện. Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Bệnh viện báo giá như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, modelHãng, nước sản xuất	Mã HS	Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ /Năm sản xuất	Tiêu chuẩn chất lượng	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan(VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)
1													
	Cộng:												

- Xuất xứ hàng hóa: Cam kết hàng mới 100%
- Chất lượng hàng hóa: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến kho của quý bệnh viện
- Thời gian giao hàng.....sau khi ký hợp đồng
- Hiệu lực của báo giá.....90 ngày.....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)