

Số: / TTYT-DTTB-VTYT  
V/v mời chào dịch vụ tư vấn Gói thầu:  
Mua hệ thống máy nội soi tiêu hoá cho  
Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc

Cao Lộc, ngày 18 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua hệ thống máy nội soi tiêu hoá cho Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc;

Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế tại đơn vị, để thực hiện mua sắm gói thầu mua thiết bị y tế, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc kính mời quý Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm tham gia tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hệ thống máy nội soi tiêu hoá cho Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc (Có phụ lục danh mục kèm theo).

Đề nghị quý Công ty tham gia gửi 01 bộ hồ sơ năng lực bao gồm:

Hồ sơ năng lực: Theo Điều 5 Tư cách hợp lệ của nhà thầu, Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023. Thông tin về doanh nghiệp bao gồm giấy phép đăng ký kinh doanh (danh mục mã ngành và tên ngành nghề kinh doanh, kinh nghiệm và năng lực đã thực hiện tại các đơn vị khác...).

Báo giá. Các thông tin khác (nếu có).

**Thông tin của Hồ sơ xin gửi về:** Trung tâm y tế huyện Cao Lộc. Địa chỉ Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (Lương Thị Trang ĐT: 02053.861.862-0857.457.909)

Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, thư điện tử Email: dclsytecaoloc@gmail.com.

Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ: **Từ ngày 18/11/2024 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 20/11/ 2024.** Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

Trân trọng kính mời các quý công ty./.

**Nơi nhận:**

- Website đơn vị;
- Ban lãnh đạo;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Chu Đình Quế**

**Phụ lục: Danh mục hàng hoá**

(Kèm theo Công văn số / TTYT-DTTB-VTYT ngày 18/11/2024 của Trung tâm y tế Cao Lộc)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật, các tính năng liên quan	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống máy nội soi tiêu hóa	<p><b>CẤU HÌNH</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01 Bộ xử lý hình ảnh</li><li>- 01 Nguồn sáng</li><li>- 01 Dây soi dạ dày</li><li>- 01 Dây soi đại tràng</li><li>- 01 Bàn phím điều khiển và nhập dữ liệu</li><li>- 01 Màn hình màu LCD độ phân giải HD 21.5"</li><li>- 01 Xe đẩy chuyên dụng cho y tế với nguồn điện tập trung và có giá treo dây soi</li><li>- 01 Bình đựng nước</li><li>- Cáp nguồn và cáp kết nối đi kèm</li><li>- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Nam.</li></ul> <p><b>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</b></p> <p>Bộ xử lý hình ảnh trung tâm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bộ xử lý cho chất lượng hình ảnh độ phân giải 1920x1080</li><li>- Chuẩn tín hiệu ngõ ra hình ảnh HD: DVI, VGA, SDI</li><li>- Chức năng nội soi tăng cường quan sát mao mạch, mạch máu CHb</li><li>- Chức năng thay đổi độ tương phản hình ảnh tự động/tùy chỉnh</li><li>- Chức năng tăng cường độ sắc nét, tăng cường chế độ màu sắc</li><li>- Chức năng tự điều chỉnh độ sáng thông minh IRIS</li><li>- Khả năng tăng cường chất lượng hình ảnh, giảm nhiễu</li><li>- Zoom: phóng đại hình ảnh</li><li>- Chức năng dừng hình cho nội soi</li><li>- Ghi hình ở độ phân giải cao trực tiếp trong bộ nhớ tích hợp sẵn, dung lượng 500GB, có chức năng truyền dữ liệu qua DICOM</li><li>- Tương thích với nhiều chủng loại ống soi: dạ dày, đại tràng.</li><li>- Khả năng nâng cấp phần mềm xử lý ảnh nội soi lên các phiên bản mới nhất</li><li>- Hỗ trợ đầu cắm nóng dây soi khác mà không cần tắt nguồn</li><li>- Cổng giao tiếp chuẩn Ethernet Gigabit IEEE 802.3</li><li>- 4 cổng truyền dữ liệu USB 3.0</li></ul> <p>Nguồn sáng</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nguồn sáng chính LED 50W, CCT 5000K - 7000K, CRI ≥ 90</li><li>- Tuổi thọ nguồn sáng lên đến 50,000 giờ</li><li>- Chức năng bơm khí/nước ở 4 mức: OFF, L, M và H</li><li>- Điều chỉnh độ sáng tự động/tùy chỉnh: 19 cấp</li><li>- Nguồn sáng dự phòng LED 14W</li></ul> <p>Dây soi dạ dày tá tràng</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dây soi sử dụng cảm biến hình ảnh CMOS, độ phân giải cao</li><li>- Góc quan sát rộng: 140°</li><li>- Đường kính đầu cuối ống soi và thân ống soi =</li></ul>	Bộ	01

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật, các tính năng liên quan	Đơn vị tính	Số lượng
		<p> <math>\Phi 9.3\text{mm} / \Phi 9.8\text{mm}</math>            - Góc điều khiển hướng: <math>210^\circ</math> lên/ <math>90^\circ</math> xuống            - Góc điều khiển hướng: <math>100^\circ</math> trái/ <math>100^\circ</math> phải            - Đường kính kênh dụng cụ = <math>\Phi 2.8\text{mm} / \Phi 3.2\text{mm}</math>            - Chiều dài làm việc <math>1.050\text{mm}</math>            - Bơm nước <math>40\text{ml/phút}</math>            - Bơm khí <math>800\text{ml/phút}</math>            - Có kênh nước tưới rửa phụ trợ riêng            Dây soi đại tràng            - Công nghệ cảm biến hình ảnh CMOS, độ phân giải HD            - Góc quan sát rộng: <math>140^\circ</math>            - Đường kính đầu cuối ống soi = <math>\Phi 12\text{mm} / \Phi 12.9\text{mm}</math>            - Đường kính thân ống soi = <math>\Phi 12.5\text{mm} / \Phi 12.9\text{mm}</math>            - Góc điều khiển hướng: <math>180^\circ</math> lên/ <math>180^\circ</math> xuống            - Góc điều khiển hướng: <math>160^\circ</math> trái/ <math>160^\circ</math> phải            - Đường kính kênh dụng cụ = <math>\Phi 3.8\text{mm} / \Phi 4.2\text{mm}</math>            - Chiều dài làm việc <math>1.350\text{mm} / 1.700\text{mm}</math>            - Bơm nước <math>45\text{ml/phút}</math>            - Bơm khí <math>800\text{ml/phút}</math>            - Có kênh nước tưới rửa phụ trợ riêng            Tiêu chuẩn ISO13485         </p>		
	<b>Cộng: 01 khoản</b>			

Tên đơn vị báo giá: .....

Địa chỉ:..... Mã số thuế.....

Điện thoại: .....Fax , Email.....

## **BÁO GIÁ....**

**Kính gửi: .....**

Sau khi nghiên cứu kỹ nhu cầu của Bệnh viện. Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Bệnh viện báo giá như sau:

**ĐẠI DIỆN HỢP  
PHÁP CÔNG TY**

*(Ký tên, đóng dấu)*

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT
- Hiệu lực của báo giá.....90 ngày.....